



REF DAE - REFERENT DEFIBRILLATEUR

Durée : 3h30 - Jusqu'à 4 personnes



Si vous souhaitez nous faire part d'un déficit sensoriel ou moteur, contactez-nous afin d'étudier les possibilités de compensations disponibles.



PROGRAMME :

[Tarif : Nous consulter](#)

La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même.

Il n'existe pas de cahier des charges type sur les points de contrôle d'une maintenance, cette formation vous permet d'acquérir les indispensables conformément aux recommandations du fabricant.

Un module complémentaire vous est proposé pour approfondir cette maintenance, elle sera spécifique à la marque que vous possédez ou que vous souhaitez entretenir.

OBJECTIF :

A la fin de cette formation vous serez capable de connaître les modalités de la maintenance standard d'un DAE dans le respect de la réglementation en vigueur.

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES :

Connaître les dispositions réglementaires dans le domaine de la maintenance des dispositifs médicaux de Catégorie II Classe B et de Catégorie III,

Effectuer les opérations de contrôle standard d'un défibrillateur,

Renseigner le registre des opérations de maintenance,

Prendre connaissance des outils de contrôle (Testeur DFS200 WHALETEQ et son interface (approche globale)).

PUBLIC :

Avoir plus de 18 ans.

Être désigné comme référent par l'exploitant au sein d'une collectivité / entreprise.

Formation en INTRA uniquement.

DURÉE :

La formation comprend **3 heures 30 de face à face pédagogique**.

Possibilité d'ajouter en complément, la formation spécifique à la maintenance approfondie de vos appareils.

PRÉ-REQUIS :

Connaissance de l'environnement informatique.

Sens du relationnel, compréhension et aisance de la langue française.

Être titulaire d'un diplôme de secourisme est recommandé.

Être équipé d'un ordinateur avec à minima un système Windows 7.

EFFECTIF :

La formation s'adresse à un groupe de 1 à 4 personnes (maximum).

DÉLAI D'ACCÈS :

À définir conjointement dans les 60 jours.

DURÉE DE VALIDITÉ :

La formation Référent à la maintenance du défibrillateur n'a pas de durée de validité toutefois nous recommandons une remise à niveau régulière.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Le scénario pédagogique comprend une alternance d'exposés, de démonstrations, d'exercices d'application.

INTERVENANT :

La formation est dispensée par un Technicien / Formateur expérimenté.





REF DAE - REFERENT DEFIBRILLATEUR

Durée : 3h30 - Jusqu'à 4 personnes



Si vous souhaitez nous faire part d'un déficit sensoriel ou moteur, contactez-nous afin d'étudier les possibilités de compensations disponibles.



MOYENS PÉDAGOGIQUES :

PC portable, DFS200 mis à disposition, modèle RSQM.

Défibrillateurs opérationnels et réformés.

Références et documents d'appui :

Code de la Santé Publique, Ministère du travail et de la Santé, ANSM

Process de maintenance DSG, logiciel et application WHALETEQ.

MODALITÉS D'ÉVALUATION :

L'évaluation portera sur un questionnaire reprenant les différents thèmes abordés au cours de la formation.

Formation non certifiante, une attestation de suivi sera remise à l'issue de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION :

PARTIE 1 : CADRE REGLEMENTAIRE

Les catégories d'ERP / ERT,

La chaîne de survie,

Classification des dispositifs médicaux spécifique aux DAE,

Obligation de maintenance conformément au code de la santé publique,

Matéiovigilance et déclaration d'incident auprès de la ANSM.

PARTIE 2 : EFFECTUER LA MAINTENANCE D'UN DEFIBRILLATEUR

Les acteurs en charge de la maintenance, rôle et missions.

Les étapes de contrôle : Maintenance préventive

- Inspection visuelle et structurelle de l'appareil
- Contrôle du fonctionnement à la mise en route
- Matériel de préparation à la mise en œuvre du défibrillateur.

Maintenance corrective : les anomalies récurrentes : présence des consommables, connexion des électrodes, DLU/DLP, piles HS, défaut d'auto-tests, mise à jour de logiciel sur protocole du fabricant.

PARTIE 3 : LE SUIVI DE LA MAINTENANCE

Maintenance curative :

- Après utilisation de l'appareil (récupération de données)

- Panne de l'appareil

Consigner dans un registre les opérations de maintenance effectuées. Renseigner l'application GEO DAE.

PARTIE 4 : LE TESTEUR DE DEFIBRILLATEURS

Le matériel : Boîtier, testeur et connectique.

Modalité d'utilisation via l'installation de l'application Android ou IOS pour tester la capacité opérationnelle du défibrillateur.

Maintenance générale de tous types d'appareils (comportement sur la fibrillation, rythme sinusal, asystolie).

POUR ALLER PLUS LOIN

MODULE COMPLEMENTAIRE :

Formation complémentaire Référent DAE

Contenu :

Utilisation du testeur de défibrillateurs marque DFS200 WHALETEQ.

Maintenance approfondie sur les marques de défibrillateurs suivantes :

- Samaritan 300 -350P-360-500P HEARTSINE - STRYKER

- AED Plus/ AED 3 - ZOLL

- FRED PA - SCHILLER

- SMARTY - AMI ITALIA

Pour d'autres modèles, nous consulter !

